Urindrainagesysteme und Beinbeutel

Folgende Urindrainagesysteme und Beinbeutel stehen Ihnen für die Versorgung zur Auswahl. Bei der Liegezeit haben wir die durchschnittliche Liegezeit sowie die maximale Liegezeit in Bezug auf die Materialfestigkeit angegeben. Die Wechselintervalle sollten patientenindividuell und in Abstimmung mit dem behandelnden Arzt festgelegt werden.






CARE *FLOW*	**UB 1000 T/N**	**UB 750**	**UB 750US**	**UB 750F**	**UB750UF**	**UB 500**	**UB 500US**
Volumen (in ml)	1000	750	750	750	750	500	500
Schlauchlänge (in cm)	30/60/90	10/30/50	10/30/50	50	50	10/30/50	10/30/50
Durchschn. Liegezeit	10-14 Tage	2-3 Tage	1 Tag	2-3 Tage	1 Tag	2-3 Tage	1 Tag
Max. Liegezeit	14 Tage	7 Tage	1 Tag	7 Tage	1 Tag	7 Tage	1 Tag
Tropfkammer	✔	–	–	–	–	–	–
Ablasshahn/-ventil	Hahn	Hahn	Hahn	Ventil	Ventil	Hahn	Hahn
Vlies-Rückseite	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Halterungen:							
Zwillingshalter	–	–	–	–	–	–	–
Kordel	✔	–	–	–	–	–	–
Kombination mit:							
Kletthalteband	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Fixierstrumpf/Stulpe	✔	✔	✔	✔	✔	✔	✔
Sterilität	steril	steril	unsteril	steril	unsteril	steril	unsteril
Verpackung	einzeln	einzeln	10 Stk.im Polybag	einzeln	10 Stk.im Polybag	einzeln	10 Stk.im Polybag
VE	30 Stück	75 Stk. (10cm) 60 Stk. (30cm) 50 Stk. (50cm)	120 Stk. (10cm) 100 Stk. (30cm) 100 Stk. (50cm)	50 Stück	100 Stück	75 Stk. (10cm) 60 Stk. (30cm) 50 Stk. (50cm)	120 Stk. (10cm) 100 Stk. (30cm) 100 Stk. (50cm)
Art.-Nr.	04/03/1000/30/GHC 04/03/1000/60/GHC 04/03/1000/90/GHC	04/01/750/10/GHC 04/01/750/30/GHC 04/01/750/50/GHC	04/01/750US/10/GHC 04/01/750US/30/GHC 04/01/750US/50/GHC	04/01/750F/50/GHC	04/01/750UF/50/GHC	04/01/500/10/GHC 04/01/500/30/GHC 04/01/500/50/GHC	04/01/500US/10/GHC 04/01/500US/30/GHC 04/01/500US/50/GHC
PZN	06718885 (30cm) 06718891 (60cm) 06718916 (90cm)	06718862 (10cm) 09772046 (30cm) 06718879 (50cm)	01972716 (10cm) 12341427 (30cm) 00226543 (50cm)	12371500	12371517	09084990 (10cm) 12341203 (30cm) 09085009 (50cm)	09085015 (10cm) 12341410 (30cm) 09085021 (50cm)
HMN	15.25.07.1012 (30cm) 15.25.07.1013 (60cm) 15.25.07.1014 (90cm)	15.25.05.3071	15.25.05.1096	15.25.05.3071	15.25.05.1096	15.25.05.3094	15.25.05.1118

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an den GHC-Kundenservice.

Abbildungen können vom Original abweichen / Irrtum & Änderungen vorbehalten | 10.2023

Service-Hotline: Tel. 0 46 31 / 57 200-0 | eMail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 09.11.2026 um 09:48 Uhr · sana.swiss