TENA Flex Ultima



Change pour fuites urinaires très fortes. Peut être utilisé le jour et la nuit, adatpté aux hommes et aux femmes.

Description de l'article	TENA Flex Ultima S	TENA Flex Ultima M	TENA Flex Ultima L	TENA Flex Ultima XL
Numéro de l'article	730455	730436	729909	728534
Contenu par emballage	3 x 20 pcs	3 x 20 pcs	3 x 20 pcs	3 x 17 pcs
Tour de hanche recommandé	61 - 87 cm	71 - 102 cm	83 - 120 cm	105 - 153 cm
Dimensions du produit	71 x 30 cm	80 x 35 cm	86 x 41 cm	103 x 52 cm
Poids du produit	127,2 g	144 g	170 g	217,8 g
Capacité d'absorption "test Rothwell" (ISO 11948-1)	3130 g	3870 g	4260 g	5100 g
Fabricant	Essity			
Pays de production	Pays-Bas			

Composants du produit

- Voile (surface intérieure)
- Polyéthylène/polypropylène (face extérieure Air Dry Layer™)
- Cellulose CP (noyau absorbant)
- Polyacrylate de sodium (superabsorbant)
- Indicateur d`humidité)
- Colle thermofusible
- PE (couche de transport Aqui Dry™)
- Sans latex

Caractéristiques du produit

- ComfiStretch™ - élastiques à la taille pour un ajustement confortable à chaque mouvement avec empiècements latéraux pour jusqu'à 40 % d'élasticité en plus
- DuoLock™ Noyau absorbant – garde la peau plus sèche et plus saine plus longtemps
- Languette FingerLift™ – permet d'ouvrir plus facilement la ceinture
- FeelDry™ Advanced – absorbe rapidement l'humidité et préserve l'équilibre naturel de la peau
- Triple protection – pour la sécheresse, la douceur pour la peau et la prévention des fuites
- Changement ergonomique et facile grâce à la ceinture intégrée
- Matériaux respirants – matière respirante de type textile qui permet à l'air de circuler, assurant une peau saine et un confort optimal
- Fixation ajustable – la fixation réglable avec fermeture velcro est facile à utiliser et aide les aidants à trouver l'ajustement parfait
- Certifié par la Skin Health Alliance
- Indicateur d'humidité – indication précise du moment où un changement est nécessaire
- Testé dermatologiquement
  Odour Neutralizer™ – absorbeur d'odeurs pour une discrétion absolue

Essity Internal

Mise à Jour: 19.08.2025

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.12) am 09.11.2026 um 12:53 UTC - Sanitaswiss