schülke




# terralin® protect

Concentré pour la désinfection et le nettoyage de dispositifs médicaux et de surfaces à base de composés d'ammonium quaternaire

## Notre plus

- spectre d'efficacité satisfaisant (effet virucide limité PLUS)
- à base de composés d'ammonium quaternaire

## Domaines d'utilisation

Le produit est adapté à la désinfection des surfaces et des dispositifs médicaux. Établi de longue date, ce produit est utilisé dans toutes les espaces hospitaliers et peut être combiné avec s&m additif de nettoyage de schülke et s&m additif d'entretien de schülke. À cause de la présence de substances cationiques, la combinaison avec des nettoyants, des additifs de nettoyage ou des produits d'entretien à essuyer peut avoir des répercussions sur l'efficacité microbiologique et causer des problèmes techniques à l'application. Nous vous recommandons donc de demander conseil à schülke avant d'effectuer un mélange de produit.~Le produit est adapté à la désinfection des surfaces et des dispositifs médicaux. Établi de longue date, ce produit est utilisé dans toutes les espaces hospitaliers et peut être combiné avec s&m additif de nettoyage de schülke et s&m additif d'entretien de schülke. À cause de la présence de substances cationiques, la combinaison avec des nettoyants, des additifs de nettoyage ou des produits d'entretien à essuyer peut avoir des répercussions sur l'efficacité microbiologique et causer des problèmes techniques à l'application. Nous vous recommandons donc de demander conseil à schülke avant d'effectuer un mélange de produit.

## Conseils d'utilisation

Appliquer la solution selon la concentration souhaitée. Essuyer les surfaces avec un chiffon humide (p. ex. les sols et autres surfaces lavables). Veiller à ce que le produit couvre toute la surface. Assurez-vous qu'avant la désinfection, toutes les saletés visibles soient enlevées. Le dosage peut également être effectué au moyen de doseurs centralisés et décentralisés. Des doseurs schülke peuvent être utilisés pour le dosage. Une fois le travail terminé, jeter la solution et nettoyer soigneusement l'équipement avec de l'eau. Selon le type de sol, il peut être judicieux de procéder à un entretien supplémentaire. Uniquement pour une utilisation par du personnel qualifié. Les incidents graves liés au produit doivent être signalés au fabricant et à l'autorité responsable. Ne convient pas à la désinfection finale de dispositifs médicaux semi-critiques et critiques!

## Efficacité microbiologique

| Efficacité | Solution | Temps d'action |
|---|---|---|
| **Bactéries**<br>*EN13727, EN16615*<br>*- en conditions de saleté* | 0,5 % (5 ml/l) | 60 min |
| **Bacille de la Tuberculose**<br>*EN14348*<br>*- en conditions de propreté* | 2 % (20 ml/l) | 240 min |
| **Levure**<br>*EN13624, EN16615*<br>*- en conditions de saleté* | 0,5 % (5 ml/l) | 60 min |
| **activité virucide limitée**<br>*EN14476*<br>*- en conditions de saleté* | 0,5 % (5 ml/l) | 15 min |
| **activité virucide limitée PLUS**<br>*EN14476*<br>*- en conditions de propreté* | 1 % (10 ml/l) | 240 min |
| **norovirus (MNV)**<br>*EN14476*<br>*- en conditions de propreté* | 1 % (10 ml/l) | 240 min |
| **polyomavirus SV 40** | 2 % (20 ml/l) | 120 min |
| **rotavirus**<br>*- en conditions de propreté* | 0,5 % (5 ml/l) | 60 min |

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.10) am 24.11.2026 um 05:06 Uhr · sana.swiss

# terralin® protect

## Données relatives au produit

**Composition:**
100 g de solution contiennent les composants actifs suivants: 22 g chlorure d'alkyl (C12-16) diméthylbenzylammonium (ADBAC/BKC (C12-16)), 17 g 2-phénoxyéthanol, 0,9 g amines, N-C12-14-(nombre pair)-alkyltriméthylènedi-, produits de réaction avec acide chloracétique.
Désignation conforme à l'ordonnance (CE) N°648/2004: 5-15% agents tensioactifs non-ioniques, matières odoriférantes

### Données physico-chimiques

| | |
|---|---|
| Couleur | vert |
| Densité | env. 1,01 g/cm3 / 20 °C |
| pH | 8,6 / 100 % / 20 °C |
| Point d'éclair | 48 °C / Méthode : DIN 51755 Part 1 |
| Routine FORM | liquide |
| Viscosité dynamique | env. 21 mPa*s / 20 °C / Méthode : ISO 3219 |

## Remarques particulières

**Utiliser le produit désinfectant avec précaution.**
**Lire l'étiquette et les informations sur le produit avant chaque usage.**
Le port de gants de protection est recommandé. Protéger des rayons directs du sol et de la chaleur. Température de conservation recommandée 5-25°C. Veuillez consulter la fiche de données de sécurité pour plus d'informations sur les conditions de manipulation et de stockage en toute sécurité. La durée de conservation des récipients ouverts est indiquée sur l'emballage.

## Comment commander

| Article | Bon de livraison | N° art. |
|---|---|---|
| terralin protect -INT- 2 l FL | 5/Carton | 181604 |
| terralin protect 5 l KA | 1/jerrycan | 181612 |

## Accessoires

| Accessoires | N° art. |
|---|---|
| Kanisterhahn für 5/ 10 l | 135501 |
| Kanisterschlüssel 5/ 10 l neutr. | 135810 |

## Informations environnementales

schülke fabrique ses produits selon un processus moderne, sûr et respectueux de l'environnement, de manière économique et en respectant des normes de qualité sévères.

## Avis d'expert et information

Vous trouverez sur notre site internet, sous www.schuelke.ch, un aperçu de toutes les expertises/toute la littérature disponibles sur la préparation terralin® protect.
Pour vos questions individuelles :
Customer Care
Tél. : +41 44 466 55 44
E-mail : mail.ch@schuelke.com

EMAS GEPRÜFTES UMWELTMANAGEMENT REG.-NR. D-150-00003
DQS MED ISO 9001:2015
DQS MED ISO 13485

Schülke & Mayr GmbH est titulaire d'une autorisation de fabrication selon le paragraphe 13 alinéa 1 de la loi allemande pour les médicaments et les certificats de conformité aux BPF des produits médicaux.

**schülke Suisse**
Schülke & Mayr AG
Hungerbüelstrasse 22
8500 Frauenfeld
Schweiz
Tel. +41 (0) 44 - 46655 - 44
www.schuelke.ch
mail.ch@schuelke.com

**schülke siège principal**
Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2
22851 Norderstedt, Allemagne
Tél +49 (0) 40 - 52100 - 0
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

#439 / 910692-CH-fr_ch-01-32 6/2023
Cette information produit n'est pas mise à jour automatiquement.

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.10) am 24.11.2026 um 05:06 Uhr · sana.swiss