Urindrainagesysteme und Bettbeutel

Folgende Urindrainagesysteme und Bettbeutel stehen Ihnen für die Versorgung zur Auswahl. Bei der Liegezeit haben wir die durchschnittliche Liegezeit sowie die maximale Liegezeit in Bezug auf die Materialfestigkeit angegeben. Die Wechselintervalle sollten patientenindividuell und in Abstimmung mit dem behandelnden Arzt festgelegt werden.



CARE *FLOW*	UB 4000TUR	UB 4000	UB 2000/2000S	UB 2000A	UB 2000E	UB 2000US	UB 1000 T/N
Volumen (in ml)	4000	4000	2000	2000	2000	2000	1000
Schlauchlänge (in cm)	120	120	90/120	110	90	90/130	30/60/90
Durchschn. Liegezeit	10-14 Tage	10-14 Tage	10-14 Tage	5-7 Tage	1 Tag	1 Tag	10-14 Tage
Max. Liegezeit	14 Tage	14 Tage	14 Tage	7 Tage	3 Tage	1 Tag	14 Tage
Tropfkammer	✔	✔	✔	–	–	–	✔
Ablasshahn/-ventil	Hahn	Hahn	Hahn	Hahn	Hahn	Hahn	Hahn
Schlauchklemme	✔	✔	✔	✔	–	–	–
Pumpball	✔	–	–	–	–	–	–
Vlies-Rückseite	–	–	–	–	–	–	✔
Halterungen:							
Zwillingshalter	✔	✔	✔	✔	–[1]	✔	✔
Kordel	✔	✔	✔	–	–	–	✔
Kombination mit:							
Kletthalteband	–	–	–	–	–	–	✔
Fixierstrumpf/Stulpe	–	–	–	–	–	–	✔
Sterilität	steril	steril	steril	steril	steril	unsteril	steril
Verpackung	einzeln	einzeln	einzeln	einzeln	einzeln	10 Stk.im Polybag	einzeln
VE	10 Stück	20 Stück	20 Stück (UB2000) 50 Stück (UB2000S)	50 Stück	100 Stück	100 Stück	30 Stück
Art.-Nr.	04/02/4000/TUR/GHC	04/02/4000/120/GHC	04/02/2000/90/GHC 04/02/2000/120/GHC 04/02/2000S/90 04/02/2000S/120	04/04/2000/110/GHC	04/04/2000/90/GHC	04/06/2000/90/GHC 04/06/2000/130/GHC	04/03/1000/30/GHC 04/03/1000/60/GHC 04/03/1000/90/GHC
PZN	06189004	06718939	09151597 (90cm) 06718922 (120cm) 18728179 (90cm) 18728133 (120cm)	08871289	16047274	12418549 (90cm) 08845487 (130cm)	06718885 (30cm) 06718891 (60cm) 06718916 (90cm)
HMN	15.25.09.0008	15.25.09.0009	15.25.07.0050 (UB2000) 15.25.07.0003 (UB2000S)	15.25.06.3037	15.25.06.3025	15.25.06.1047	15.25.07.1012 (30cm) 15.25.07.1013 (60cm) 15.25.07.1014 (90cm)

[1] nicht im Lieferumfang enthalten; bitte zusätzlich ordern: Bettbeutelhalterung aus Kunststoff | Artikelnummer 04/99/BHL/PVC/GHC | PZN 06718951

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich gerne an den GHC-Kundenservice.

Abbildungen können vom Original abweichen / Irrtum & Änderungen vorbehalten | 10.2023

Service-Hotline: Tel. 0 46 31 / 57 200-0 | eMail: info@ghc-medical.de | www.ghc-medical.de

Heruntergeladen von Gast (IP 216.73.217.87) am 02.11.2026 um 20:19 Uhr · sana.swiss